

Số: /BVĐK-KHTH
V/v Mời báo giá bảo dưỡng tẩy rửa
Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy
chạy thận nhân tạo năm 2024 - 2025

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng tẩy rửa Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận nhân tạo năm 2024 - 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02 tháng 7 năm 2024 đến trước 9h00 ngày 11 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục bảo dưỡng tẩy rửa Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận nhân tạo: (Danh mục chi tiết kèm theo)

2. Yêu cầu gửi bản báo giá. Giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển vật tư lên bảo dưỡng, tẩy rửa Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận nhân tạo theo đúng quy định của nhà sản xuất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian bảo dưỡng tẩy rửa Hệ thống lọc nước RO: Tối đa 10 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng tẩy rửa Hệ thống lọc nước RO theo hợp đồng đã ký kết và có phiếu kiểm tra các chỉ số nước đầu ra của Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi trường – Bộ Y Tế trước khi ký biên bản nhiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán toàn bộ hợp đồng chậm nhất 10 ngày kể từ khi bàn giao, nghiệm thu và 02 bên ký thanh lý hợp đồng./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá);
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

DANH MỤC CHI TIẾT

Bảo dưỡng tẩy rửa Hệ thống xử lý nước RO dùng cho khoa thận nhân tạo năm 2024 - 2025
(Kèm theo công văn số: /BVĐK-KHTH, ngày /7/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

STT	Tên máy	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống lọc nước RO. - Model: VSRO 2500 - Nước sản xuất: Việt Nam	Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước RO cho chạy thận nhân tạo và các trị liệu liên quan. <i>Công việc cụ thể như sau:</i> - Kiểm tra tổng thể các thành phần của Hệ thống xử lý nước RO và hệ thống đường ống tuần hoàn. - Làm sạch cột lọc đa tầng trong hệ thống xử lý nước RO cho thận nhân tạo (Quy trình 1). - Làm sạch cột lọc than hoạt tính (Carbon filter) trong hệ thống xử lý nước RO cho thận nhân tạo (Quy trình 2). - Hoàn nguyên trong hệ thống xử lý nước RO cho thận nhân tạo (Quy trình 3) - Rửa các bồn đựng nước mềm, nước RO trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo (Quy trình 4). - Rửa màng RO trong hệ thống xử lý nước RO cho thận nhân tạo (Quy trình 5). - Khử khuẩn và làm sạch hệ thống cấp nước RO cho thận nhân tạo (Quy trình 6). - Kiểm soát chất lượng nước RO trong thận nhân tạo (Quy trình 7). - Hiệu chỉnh áp lực nước RO đầu vào cho các máy thận nhân tạo. - Lấy mẫu và gửi mẫu nước RO thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO23500-3:2019(E) đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan tại Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi trường – Bộ Y Tế	Lần	04 (Mỗi quý 01 lần)

