

**SỞ Y TẾ BẮC KẠN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TM-BVĐK

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị, nhà thầu.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu sửa chữa các thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn. Nay thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm để tham gia kiểm tra các thiết bị y tế hư hỏng cụ thể như sau:

1. Danh mục kiểm tra hư hỏng: (có phụ lục danh mục 01 kèm theo)

Các biên bản kiểm tra ghi đầy đủ thông tin: Tình trạng trước khi mở máy, Kiểm tra thấy, Phương hướng khắc phục.

2. Thời gian kiểm tra hư hỏng: Từ ngày 31/7/2024 đến hết ngày 01/8/2024.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn trân trọng kính mời các Đơn vị, Nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Chi tiết liên hệ ông Đặng Kiều Hưng- Phòng Kế hoạch tổng hợp, số ĐT: 0989117119.

Chi phí kiểm tra thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thanh toán theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc (B/c);
- Lưu VT; KHTH, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KIỂM TRA

(Kèm theo Thư mời số: /TM-BVĐK, ngày tháng 7 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

TT	Danh mục trang thiết bị y tế hỏng	Đơn vị tính	Số lượng	Kiểm tra sơ bộ thấy
1	Tủ xấy memmerT Model: UN110. Hãng/Nước sx: memme.T Đức.	Cái	02	Không cài đặt được nhiệt độ...
2	Hệ thống hấp khử trùng 300L,1 cửa. Ser.No: 00191 Model: SR-24A-ADV-PLUS Hãng /Nước SX: Consolidated Sterilizer Systems.Mỹ	Hệ thống	01	Hấp không khô, hay báo lỗi
3	Hệ thống hấp khử trùng 500L, 2 cửa. Ser.No: 091616. Model: SR-24A-ADV-PLUS Hãng /Nước SX: Consolidated Sterilizer Systems.Mỹ	Hệ thống	01	Hấp không khô. Hay báo lỗi

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Kiều Hưng