

Số: /BVĐK-KHTH
V/v Mời báo giá dịch vụ sửa chữa
thay thế linh kiện hệ thống lọc
nước RO Model: VS RO2500

Bắc Kạn, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm, sửa chữa thay thế linh kiện hệ thống lọc nước RO Model: VS RO2500, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Văn Bắc; viên chức quản lý trang thiết bị; số điện thoại: 0987800867; địa chỉ gmail: tranbactbyt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 31 tháng 08 năm 2023 đến trước 9h00 ngày 11 tháng 09 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 09 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuyên

BẢNG MÔ TẢ

Danh mục dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống lọc nước RO Model: VS RO2500

(Kèm theo công văn số: /BVĐK-KHTH, ngày 31/8/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

ST T	Danh mục dịch vụ, linh kiện sửa chữa, thay thế	Mô tả dịch vụ, yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Cát lọc nước	Kích thước 1-2mm	100	Kg	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023
2	Sỏi lọc nước	Kích thước 4-7mm	150	Kg	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023
3	Hạt lọc nước Femas	Kích thước 2-4mm Tỷ trọng 1500kg - 1800kg/m ³	100	Kg	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023
4	Than hoạt tính Calgon Carbon - Carbsorb30	Chỉ số i-ôt tối thiểu: 900 mg/g Kích thước lớn nhất > 8 mesh (2.36 mm) (Max.): 15 Kích thước nhỏ nhất < 30 mesh (0.60 mm) (Max.): 4 Trọng lượng 420 kg/m ³	75	Kg	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023
5	Hạt nhựa Amberlite IRC120 Na	Kích thước hạt: <300µm: ≤ 2.0%; >1180µm: ≤ 4.0% Dung lượng trao đổi: ≥ 2 meq/mL Tỷ trọng 820g/L Mật độ hạt: 1.27g/mL	225	Lít	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023
6	Lõi lọc IM05B2 (Lõi lọc 20 inch - 5micron)	Kích thước khe lọc 5 Micron Chiều dài 20 inch Đường kính ngoài khoảng 58 mm Đường kính trong khoảng 28mm	07	Cái	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023

7	Đồng hồ CCT-3320, AC220V	Dải đo: 0-1999 $\mu\text{m/cm}$ Nguồn điện: 110 -240 V, 50 Hz	02	Cái	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023
8	Coupling without magnet (Khớp nối nhanh quả lọc máu)	Phù hợp kết nối với cổng dịch lọc của các loại quả lọc máu	20	Cái	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023
9	Chi phí vận chuyển, nhân công kỹ thuật thay thế vật liệu linh kiện, hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật của hệ thống và chuyển giao kỹ thuật		01	Lần	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/09/2023

Ghi chú: Tùy theo dịch vụ sửa chữa hay linh kiện thay thế, nhà cung cấp báo giá cho phù hợp với biểu mẫu tại thông tư 14/2013/TT-BYT